

Αθήνα, 4/4/2024

Προς:	Υποψηφίους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της από 06.03.2024 Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού, Ανω των Ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τριών (3) κινητών συστημάτων ανίχνευσης με ακτίνες Χ για τις ανάγκες ελέγχων της ΔΙΜΕΑ» (ΑΔΑΜ: 24PROC014378248 2024-03-06 / Συστημικός α/α ΕΣΗΔΗΣ: 346540)	
Αντικείμενο :	Απαντήσεις στις ερωτήσεις του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, Ανω των Ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τριών (3) κινητών συστημάτων ανίχνευσης με ακτίνες Χ για τις ανάγκες ελέγχων της ΔΙΜΕΑ»	Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Α/Α: 346540) και στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (https://hradf.com) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους υποψηφίους οικονομικούς φορείς από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Λίστα Διευκρινίσεων / ερωτημάτων και απαντήσεων

Α/Α	Αναφορά στην Διακήρυξη ή/και στα τεχνικά τεύχη	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ / ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	Γενική Διευκρίνιση	Στο άρθρο 1.6 Δημοσιότητα / Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο αναφέρεται εκ παραδρομής τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 346.540 και	Επιβεβαιώνεται

		αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε πως ο ορθός Συστημικός Αύξοντας Αριθμός είναι 346540	
2.	2.2.6	Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν μεταξύ άλλων και τον κατάλογο ομάδας έργου στον οποίο να δηλώνονται τα στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.6.Γ' ο οποίος θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (πιστοποιήσεις ΕΚΒΑ-EU Secret και βιογραφικά σημειώματα κ.ό.κ.). Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η απαίτηση και συγκεκριμένα ο όρος «κ.ο.κ.».	Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2.2.6.Γ και 2.2.9.2 παρ. Β.4. της διακήρυξης προκύπτει ότι, όσον αφορά τα μέλη της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται τα εξής αποδεικτικά έγγραφα: πτυχία, πιστοποιήσεις ΕΚΒΑ-EU Secret και βιογραφικά των μελών της Ομάδας Έργου.
3.	2.4.3.1	Στο άρθρο 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής της Διακήρυξης παρ. ε) ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αναφορικά με το κριτήριο του άρθρου 2.2.6.Γ και τα πρότυπα του άρθρου 2.2.7. Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί ποιο απαιτείται να είναι το περιεχόμενο της ζητούμενης Υπεύθυνης Δήλωσης.	Η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία να φέρει ως περιεχόμενο τον κατάλογο των μελών της Ομάδας Έργου του προσφέροντος οικονομικού φορέα με τα ειδικότερα προσόντα αυτών, σύμφωνα με τον όρο 2.2.6.Γ της διακήρυξης, και τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και ασφάλειας πληροφοριών που διαθέτει ο προσφέρων οικονομικός φορέας, με βάση το άρθρο 2.2.7 της διακήρυξης
		Στο άρθρο «2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού» της Διακήρυξης η απαίτηση που αφορά στο άρθρο 2.2.3.4. που παραπέμπει στο Άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) παρ.4 του Ν4412/2016 δεν έχει συμπεριληφθεί. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν εκ παραδρομής δεν απαιτούνται τα συγκεκριμένα κριτήρια με δεδομένο ότι στο «Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου» της σύμβασης, ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή	Στο πλαίσιο της νόμιμης διακριτικής ευχέρειας της Αναθέτουσας Αρχής, η σχετική απαίτηση του άρθρου 4 «Υποχρεώσεις Αναδόχου» του σχεδίου σύμβασης δεν συνδέεται με λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή, αλλά με το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν της υπογραφής της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 4.6.1 παρ. ε) της διακήρυξης

4.	2.2.3	σύμφωνα με το : 4.3 α) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.	
5.	3.1.4	με σταθερό το αυτοκινούμενο σύστημα και με μετακίνηση του ίδιου του ελεγχόμενου φορτηγού διαμέσου του σημείου ανίχνευσης, με την προϋπόθεση ότι δεν ακτινοβολείται από την πρωτογενή δέσμη ακτίνων Χ ο οδηγός του ελεγχόμενου οχήματος (Staaonary Mode). Απαιτείται χειροκίνητη ή αυτόματη διαδικασία;	Η διαδικασία θα πρέπει να εκτελείται αυτόματα επιτρέποντας ωστόσο την δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη.
6.	3.1.15	3.1.15 Όταν το σύστημα είναι ανενεργό πάνω από έξι (6) ώρες και μέχρι ένα (1) μήνα να μην υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά (προθέρμανση)	Η προδιαγραφή είναι σαφής. Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων αναδόχων να διαμορφώσουν την προσφερόμενη λύση τους η οποία θα αξιολογηθεί με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

		Για προσφερόμενο σύστημα γεννήτριας ακτίνων Χ (x-ray generator) 300KV, το χρονοδιάγραμμα θα είναι διαφορετικό από αυτό που ζητείται. Τα 300KV θα σας εγγυηθούν ότι έχετε διείσδυση τουλάχιστον 13mm.	
7.	3.1.17	Το κινητό Σύστημα πρέπει να είναι ικανό για έλεγχο οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων οποιουδήποτε μήκους και πλάτους και ύψους έως 3,6 m σε απόσταση 1 m από την πλευρά του Συστήματος ή 4,3 m σε ύψος σε απόσταση 1,5 m με πλήρη κάλυψη στο έδαφος (δηλαδή χωρίς αποκοπή ελαστικών οχημάτων ή εμπορευματοκιβωτίων στο έδαφος). Είναι αυτή η απαίτηση υποχρεωτική ή μπορούμε να την τροποποιήσουμε, καθώς αυτή η παράμετρος φαίνεται πολύ υψηλή για όλους τους διαγωνιζόμενους;	Ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη.
8.	3.2.3	Τα Συστήματα είναι επιθυμητό και τεχνικά αξιολογήσιμο να έχουν την ικανότητα διαχωρισμού των εμπορευμάτων εντός των φορτηγών ή των εμπορευματοκιβωτίων, με διακριτή απεικόνιση επί της οθόνης, με χρήση διαφορετικών χρωμάτων / αποχρώσεων, σε οργανικά – ανόργανα - μικτά υλικά, ανάλογα με τον ατομικό τους αριθμό.. Δεν υπάρχει δυνατότητα χρώματος με την τεχνολογία οπισθοσκέδασης. Παρακαλώ διευκρινίστε.	Ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την απαίτηση 2.6. του Πίνακα Συμμόρφωσης η δυνατότητα χρωματικής απεικόνισης είναι προαιρετική.
9.	3.4.3	Είναι επιθυμητή και τεχνικά αξιολογήσιμη η πραγματική απεικόνιση με διαφορετικά χρώματα/αποχρώσεις οργανικών, ανόργανων και μικτών υλικών ανάλογα με τον ατομικό τους αριθμό και δυνατότητα απομόνωσης της απεικόνισης του κάθε είδους υλικού. Ως ανωτέρω, δεν υπάρχει δυνατότητα χρώματος με την τεχνολογία οπισθοσκέδασης. Παρακαλώ διευκρινίστε.	Ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την απαίτηση 4.4.13 του Πίνακα συμμόρφωσης η δυνατότητα χρωματικής απεικόνισης είναι προαιρετική.

10		Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα που σχετίζονται με τις παρακάτω παρ. από τις «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές»: 3.1.2 Το σύστημα θα είναι πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο και θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων, ώστε η ακτινική επιβάρυνση των ατόμων, τα οποία ενδέχεται να παραμένουν στο ελεγχόμενο όχημα (στην καμπίνα επιβατών ή στο χώρο εμπορευμάτων – πχ μη νόμιμοι μετανάστες) παρά τις σχετικές ενημερώσεις, να είναι η ελάχιστη δυνατή. Χρειαζόμαστε την σχετική νομοθεσία. 3.1.14 Το Σύστημα να πληροί απόλυτα τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) καθώς και τους αντίστοιχους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες ακτινοπροστασίας. Χρειαζόμαστε αντίγραφο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) καθώς και τους αντίστοιχους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες ακτινοπροστασίας. 3.4.2 Η τιμή του ρυθμού δόσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας ακτίνων Χ με μέγιστα στοιχεία, δεν θα υπερβαίνει στο θάλαμο χειρισμού (control room), όπου απαιτείται παρουσία προσωπικού κατά τον έλεγχο και στα όρια της επιβλεπόμενης περιοχής, τα αντίστοιχα όρια που καθορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Ν.4310/2014 και κανονισμοί ακτινοπροστασίας που προκύπτουν από αυτόν).	Οι διατάξεις, κανονισμοί και πρότυπα που διέπουν την εν λόγω προμήθεια αναφέρονται στην διακήρυξη.

		Χρειαζόμαστε την εθνική νομοθεσία (L.4310/2014 και τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας που απορρέουν από αυτήν).	
--	--	--	--